Matheson

GAS EQUIPMENT TECHNOLOGY GROUP

UNITS	: SLPM BUTANE	DATE	: 04-08-1992
TUBE NUMBER	: 603(E500) TYPICAL	STD CONDITIONS	: 1 ATMOS. &70 DEG F
FLOAT NUMBER	: 002	GAS TEMPERATURE	: 70 DEG F
FLOAT MATERIAL	: GLASS	PRESSURE IN TUBE	: 0 PSIG

SCALE READING	FLOW RATE	SCALE READING	FLOW RATE	SCALE READING	FLOW RATE	SCALE READING	FLOW RATE
150.0	1.8494	110.0	1.5800	70.0	1.0998	30.0	0.4984
149.0	1.8467	109.0	1.5700	69.0	1.0861	29.0	0.4818
148.0	1.8437	108.0	1.5598	68.0	1.0724	28.0	0.4651
147.0	1.8405	107.0	1.5495	67.0	1.0586	27.0	0.4483
146.0	1.8370	106.0	1.5391	66.0	1.0447	26.0	0.4315
145.0	1.8333	105.0	1.5285	65.0	1.0307	25.0	0.4145
144.0	1.8294	104.0	1.5179	64.0	1.0167	24.0	0.3974
143.0	1.8252	103.0	1.5071	63.0	1.0026	23.0	0.3803
142.0	1.8208	102.0	1.4962	62.0	0.9885	22.0	0.3630
141.0	1.8162	101.0	1.4853	61.0	0.9742	21.0	0.3456
140.0	1.8113	100.0	1.4742	60.0	0.9599	20.0	0.3282
139.0	1.8062	99.0	1.4630	59.0	0.9456	19.0	0.3106
138.0	1.8009	98.0	1.4517	58.0	0.9312	18.0	0.2929
137.0	1.7954	97.0	1.4403	57.0	0.9167	17.0	0.2751
136.0	1.7897	96.0	1.4288	56.0	0.9021	16.0	0.2572
135.0	1.7838	95.0	1.4172	55.0	0.8875	15.0	0.2392
134.0	1.7777	94.0	1.4055	54.0	0.8728	14.0	0.2211
133.0	1.7714	93.0	1.3937	53.0	0.8580	13.0	0.2028
132.0	1.7650	92.0	1.3819	52.0	0.8432	12.0	0.1845
131.0	1.7583	91.0	1.3699	51.0	0.8283	11.0	0.1660
130.0	1.7514	90.0	1.3578	50.0	0.8133	10.0	0.1474
129.0	1.7444	89.0	1.3457	49.0	0.7983	9.0	0.1286
128.0	1.7371	88.0	1.3335	48.0	0.7832	8.0	0.1098
127.0	1.7297	87.0	1.3211	47.0	0.7680	7.0	0.0908
126.0	1.7222	86.0	1.3088	46.0	0.7528	6.0	0.0716
125.0	1.7144	85.0	1.2963	45.0	0.7375	5.0	0.0524
124.0	1.7065	84.0	1.2837	44.0	0.7221		
123.0	1.6985	83.0	1.2711	43.0	0.7066		
122.0	1.6902	82.0	1.2583	42.0	0.6910		
121.0	1.6818	81.0	1.2455	41.0	0.6754		
120.0	1.6733	80.0	1.2327	40.0	0.6597		
119.0	1.6646	79.0	1.2197	39.0	0.6440		
118.0	1.6558	78.0	1.2067	38.0	0.6281		
117.0	1.6468	77.0	1.1936	37.0	0.6122		
116.0	1.6377	76.0	1.1804	36.0	0.5962		
115.0	1.6284	75.0	1.1671	35.0	0.5801		
114.0	1.6190	74.0	1.1538	34.0	0.5639		
113.0	1.6094	73.0	1.1404	33.0	0.5477		
112.0	1.5998	72.0	1.1269	32.0	0.5313		
111.0	1.5900	71.0	1.1134	31.0	0.5149		

166 KEYSTONE DRIVE • MONTGOMERYVILLE, PA 18936 • 215-641-2700 • FAX: 215-641-2714